



Por el Centro del Cáncer

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ESPECIALIDADES:	MEDICAS
SERVICIOS:	ESTERILIZACION
DEFINICIÓN	MAQUINA SELLADORA AUTOMATICA DE PAPEL GRADO MEDICO
NOMBRE GENÉRICO	MAQUINA SELLADORA AUTOMATICA DE PAPEL GRADO MEDICO
CANTIDAD	1 SELLADORA AUTOMATICA PAPEL GRADO MEDICO HM 8000
	1 MODULO CLASIFICADOR
	1 IMPRESORA DE ETIQUETAS
TÉCNICAS:	1 LECTOR
	Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EN ACERO INOXIDABLE
	Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
	Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.
	Tiempo de garantía mínimo 5 años. Marcadas con INC y año de adquisición
	Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS CERTIFICADAS:	1.- Presentar registro sanitario ante el INVIMA y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"

COORDINADOR SOLICITANTE



Por el Consejo de la Entidad

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA C.S.E		CÓDIGO:	GTE-POI-F-01
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
		Página 1 de 1	

MINSAUD

MINSALUD



TODOS POR UN NUEVO PAIS

www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7

Calle 1º N° 9 - 85 / PBX: 334 1111

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ESPECIALIDADES:	MÉDICAS
SERVICIOS:	GASTRO, UROLOGÍA, SENO Y TEJIDOS BLANDOS, RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA
DEFINICIÓN	SET DE INSTRUMENTOS PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
NOMBRE GENÉRICO	SET DE ESTÓMAGO
CANTIDAD	1 MANGO DE BISTURI 3 L DE 210mm
	1 CLAMP VASCULAR DE DEBAKEY CURVO de 58 mm de ancho long. de boca 103 mm long total 270 mm
	2 CLAMP INTESITINAL COCHER RECTO ATRAUMATICO de 220mm 8 3/4"
	1 CLAMP INTESITINAL MAYO ROBSON CURVO SEMIELASTICO de 250 mm 10"
	2 CLAMP INTESITINAL DOYEN RECTO de 240 mm 9" 1/2
	1 CLAMP INTESITINAL COCHER RECTO de 220mm 8 3/4"
	6 PINZA JUDD ALLIS 3x4 dientes long. 195mm 7 3/4"
	1 SEPARADOR DE MIKULICZ VALVA DE 147 x 50 mm long. 260 mm
	1 PINZA OSHAUGHNESSY de 180 mm 7"
	2 PINZA MIXTER de 220 mm 8 3/4"
	1 PINZA KANTROWITZ de 265 mm x 10 1/2"
	1 PINZA KANTROWITZ para disección de 240 mm x 9"
	1 PINZA MIXTER PARA CISTICO de 230 mm 9"
	2 PINZA ROCHESTER RECTA de 16 cm 6 1/4"



INON

INSTITUTO NACIONAL DE ONCOLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
Página 1 de 1			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ESPECIALIDADES:	MÉDICAS
SERVICIOS:	GASTRO, UROLOGÍA, SENO Y TEJIDOS BLANDOS, RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA
DEFINICIÓN	SET DE INSTRUMENTOS PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
NOMBRE GENÉRICO	SET DE ESTÓMAGO
	1 SEMICESTA DE MALLA SUPERFICIE LIZA PATAS PLÁSTICAS de 243 x 253 x 56 mm
	1 SOPORTE DE FILTRO UNIVERSAL
	1 FILTRO PARA TAPA PRIME LIME REUSABLE PARA 5000 CICLOS
ESPECIFICACION TECNICA	Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE	
Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.	
Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.	
Tiempo de garantía mínimo 5 años. Marcadas con INC y año de adquisición	
Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.	
NORMAS CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el INVIMA y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"


NUBIA ESPERANZA PRADA
Coordinadora Grupo Esterilización



Por el Comité del Cancer

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA C.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
		Página 1 de 1	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ESPECIALIDADES:	MÉDICAS	
SERVICIOS:	GASTRO, UROLOGÍA, SENO Y TEJIDOS BLANDOS, GINECOLOGIA	
DEFINICIÓN	SET DE INSTRUMENTOS PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	
NOMBRE GENÉRICO	SET VASCULAR	
CANTIDAD	1	PORTAGUJAS DEBAKEY boca estriada de 0.4 mm mango dorado long. 180 mm 7"
	1	TUERA VASCULAR POTTS MARTEL angulo de 30° punta daguda long. 185 mm 7" 1/4
	1	CLAMP VASCULAR DEBAKEY ATRAUMATICO para oclusion tangencial de 58 mm de boca long. 270 mm
	4	PINZAS DE DISECCION VASCULAR DEBAKEY punta de 2 mm de ancho long. 240 mm 9" 1/2
	4	PINZA DE DISECCION CUCHING SIN GARRA long. 250 mm 10"
	4	CLAMP VASCULAR DEBAKEY RECTO log. de boca 65 mm long. total 225 mm 9"
	1	TAPA PRIME LINE COLOR AZUL de 298 x 285 x 46 mm
	1	BASE PARA CONTENEDOR PERFORADA
	1	SEMICESTA DE MALLA superficie liza palas plasticas de 243 x 253 x 56 mm
	1	SOPORTE FILTRO UNIVERSAL
	1	FILTRO PARA TAPA PRIME LINE REUZABLE 5000 CICLOS
ESPECIFICACION TECNICA		
	Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales	
	INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE	
	Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.	
Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.		



INCE

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.T.		CÓDIGO:	GTE-POI-F-01
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
		Página 1 de 1	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ESPECIALIDADES:	MÉDICAS
SERVICIOS:	GASTRO, UROLOGÍA, SENO Y TEJIDOS BLANDOS, GINECOLOGÍA
DEFINICIÓN	SET DE INSTRUMENTOS PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
NOMBRE GENÉRICO	SET VASCULAR
	Tiempo de garantía mínimo 5 años. Marcadas con INC y año de adquisición
	Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"


NUBIA ESPERANZA PRADA
Coordinadora Grupo Esterilización



Reg. al central del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA --S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
		Página 1 de 1	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ESPECIALIDADES:	MÉDICAS
SERVICIOS:	SENO Y TEJIDOS BLANDOS
DEFINICIÓN	SET DE INSTRUMENTOS PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
NOMBRE GENÉRICO	SET DE KEYES (PUNZON DE KEYES)
CANTIDAD	1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SET PUNZON DE KEYES PARA SEÑO CON 6 TERMINALES INTERCAMBIABLES MANGO Y SOPORTE
	Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
	INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE
	Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
	Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.
NORMAS-CERTIFICADOS:	Tiempo de garantía mínimo 5 años. Marcadas con INC y año de adquisición
	Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"

NUBIA ESPERANZA PRADA
Coordinadora Grupo Esterilización

