



INVITACION A COTIZAR No. 163 DE 2016

Página 1 de 2

ANEXO TECNICO No. 3

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGICA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS.

1. GENERALIDADES

El bien se prestará en la sede del Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá D.C, dentro de los requerimientos institucionales.

2. REQUERIMIENTOS PARA EL OBJETO CONTRACTUAL

El proponente debe tener en cuenta las especificaciones técnicas relacionadas en el anexo evaluación para la adquisición de tecnología biomédica la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la entidad.

3. METODOLOGIA, CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACION
EVALUACIÓN TECNICA

No tiene puntaje. Habilita o Deshabilita de acuerdo con los siguientes criterios

- Requerimientos Técnicos
- Capacitación y mantenimiento
- Normas y certificados

Dichos criterios son descritos para cada equipo, en el anexo de especificaciones técnicas – evaluación para la adquisición de tecnología biomédica establecidos en los términos de condiciones.

Las condiciones habilitantes NO otorgan puntaje, pero su incumplimiento genera la no habilitación del proponente, en caso de haber una observación técnica, esta puede ser subsanada, según los términos de esta convocatoria.

No es un criterio de habilitación pero se recomienda ofertar equipos cuya casa matriz cuente con certificación en ISO 14001. Se aclara que no se compraran equipos que presenten alertas sanitarias ante el INVIMA.

4. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS

Los equipos que se empleen para el desarrollo del contrato deben encontrarse en excelente estado de funcionamiento.

El proponente deberá presentar un plan y cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos puestos a disposición del Instituto Nacional de Cancerología ESE.



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

INVITACION A COTIZAR No. 163 DE 2016

Página 2 de 2

5. ELEMENTOS REQUERIDOS

El kit de inicio incluye, los siguientes elementos:

1. Software licenciado para un usuario, compatible con analizador genérico marca Applied Biosystems, modelo GA310.
2. Controlador compatible con analizador genético marca Applied Biosystems, modelo GA310.
3. Un (1) capilar de 47 cm de lectura compatible con analizador genérico marca Applied Biosystems, modelo GA310.
4. Performance Optimized Polymer POP6.
5. HI-DI Formamide.
6. Genescan 500 ROX Dye de tamaño estándar.
7. Tubos de reacción, tiras de 8 tubos sin tapa, 125 tiras.
8. Tapas, tiras de 8 tapas sin tubo, 300 tiras
9. Tubos de reacción, tubo individual con tapa de 0,2ml
10. Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit v3.1, with sequencing buffer
11. Kit de purificación Bigder Xterminator.
12. Set DS-30 Matriix estándar