


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	TELE RAD LTDA
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 0191-2016	
ÍTEM 02: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDAS LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA DIGITALIZADOR DE PLACAS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN


5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?	SI ☐ NO ☒
PORQUE ?	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?	SI ☐ NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS ESTÁ ESTA DESCRITO: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO" NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN NI PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO "CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE RESOLUCIÓN NO MAYOR A TRES (3) DÍAS EN CASO DE NO NECESITAR REPUESTOS. EN SU DEFECTO PROVEER UN EQUIPO EN BACKUP O ANEXAR PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL EQUIPO". NO SE EVIDENCIA PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN O SUMINISTRO DE BACKUP
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☐ NO ☒
PORQUE ?	CERTIFICA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS CONTRACTUALES, TIENE EXPERIENCIA DE CONTRATOS ANTERIORES PERO NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS.
18. NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZALEZ CASTELBLANCO
FIRMA (S):	
FECHA	D 06 MM 09 AAAA 2016
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA	INGENIERÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):	
FIRMA (S):	
FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.	

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	SURGICON S.A.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 0191-2016	
ÍTEM 01: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDAS LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA SELLADORAS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?	SI ☐ NO ☒
PORQUE ?	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?	SI ☐ NO ☒
PORQUE ?	DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS ESTÁ ESTÁ DESCRITO: "CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS CONTRACTUALES: CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE REPUESTA INFERIORES A UNA (1) HORA VÍA TELEFÓNICA Y SEIS (6) HORAS HÁBILES EN SITIO". NO HAY INFORMACIÓN "CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE RESOLUCIÓN NO MAYOR A TRES (3) DÍAS EN CASO DE NO NECESITAR REPUESTOS. EN SU DEFECTO PROVEER UN EQUIPO EN BACKUP O ANEXAR PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL EQUIPO". NO HAY INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS CONTRACTUALES, NO SE EVIDENCIA PROPUESTA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN O SUMINISTRO DE BACKUP. "EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBEERÁ CONTAR CON FORMACIÓN ACADÉMICA, INSCRIPCIÓN COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA Y EXPERIENCIA CERTIFICADA EN EL MANEJO DE EQUIPOS A REVISAR. (ADJUNTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADA Y REGISTRO INVIMA (SI APLICA)). EN CASO DE QUE SURJAN CAMBIOS EN EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBE ENVIARSE CON ANTERIORIDAD LOS SOPORTES DE HOJA DE VIDA Y REGISTRO INVIMA AL GRUPO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PARA SER REVISADA; EN NINGÚN CASO SE PERMITE EL INGRESO DE PASANTES O PRÁCTICANTES". NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN ANEXA DEL PERSONAL DISPUESTO A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO" NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN NI PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO. "EL PROVEEDOR DEBE ELABORAR Y ENTREGAR LA(S) FICHA(S) DE MANEJO DE LOS EQUIPOS, CON EL FIN DE QUE EL PERSONAL QUE OPERA EL(LOS) EQUIPO(S) CUENTE CON ESTA INFORMACIÓN". NO SE EVIDENCIA COMPROMISO "EL PROVEEDOR DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LA OFERTA MÍNIMO DOS (2) SESIONES DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE LOS EQUIPOS OBJETO DE LA OFERTA" NO SE EVIDENCIA COMPROMISO
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☐ NO ☒
PORQUE ?	NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN QUE SE AJUSTE A LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES DESCRITOS EN EL ANEXO TÉCNICO N° 3
18. NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZALEZ CASTELBLANCO
FIRMA (S):	
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
FECHA:	D 06 MM 09 AAAA 2016
DEPENDENCIA:	INGENIERÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):	
FIRMA (S):	
FECHA:	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:	DEPENDENCIA

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.