



CONVOCATORIA PÚBLICA 005 DE 2016

Página 1 de 5

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REACTIVOS, POR PRUEBAS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA (LABORATORIO CLINICO, PATOLOGIA, TERAPIA RESPIRATORIA, SERVICIOS FARMACEUTICOS), MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL.

ADENDA Nro. 3

La Dirección General (E) del Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se modifica el numeral 19.3 de los términos de condiciones, el cual queda así:

19.3 CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN

El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente el contrato encomendado. En el evento que el CONTRATISTA requiera autorización para ceder o subcontratar; ésta será expedida únicamente por el Director General del Instituto Nacional de Cancerología y se dejará constancia de ello en la carpeta del contrato. En caso que el Instituto Nacional de Cancerología sea demandado por uno de los trabajadores, el CONTRATISTA se obliga a salir al saneamiento, haciéndose parte del proceso como directo responsable.

2. Se modifica el numeral 11 de los términos de condiciones, el cual queda así:

La evaluación técnica de los insumos de los equipos en apoyo tecnológico, será verificada en el banco de los conceptos técnicos del Instituto.

El Instituto publicará en la página Web el listado de proveedores por ítem que cuentan con concepto técnico, en el banco de conceptos técnicos.

3. Se modifican del anexo Nro. 4 Elementos requeridos, para el ítem 7, el cual queda conforme el adjunto.
4. Se modifican del anexo Nro. 6 Tecnología e Interface requerida, los ítems 7 y 13, el cual queda conforme el adjunto.

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/GC/YACA/Angélica C.

CONVOCATORIA PÚBLICA 005 DE 2016

Página 5 de 5

				OFERENTE SE COMPROMETE A ENTREGAR TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA COMPLETA HASTA EL REPORTE FINAL DE LOS RESULTADOS ASÍ: PANELES Y/O TARJETAS TUBOS DE INOCULACIÓN, ESCOBILLONES SOLUCIONES QUE SE REQUIERAN PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA COMPLETA SIN QUE SE GENERE COSTO ALGUNO PARA LA INSTITUCIÓN. EL EQUIPO DE HEMOCULTIVOS PARA LA DETECCIÓN MICROBIANA AUTOMATIZADA SE DEBE BASAR EN LA DETECCIÓN DE PRODUCTOS DEL METABOLISMO BACTERIANO CO2 MEDIANTE TÉCNICAS RADIOMÉTRICA FLUOROMÉTRICA Y/O COLORIMÉTRICAS QUE COMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS PARA EL CRECIMIENTO DE GÉRMESES GRAM POSITIVOS, GRAM NEGATIVOS, AEROBIOS, ANAEROBIOS FACULTATIVOS LEVADURAS MYCOBACTERIAS. LOS DOS EQUIPOS DEBEN GARANTIZAR LA INTERFAZ BIDIRECCIONAL (INGRESO, REPORTE Y TRANSFERENCIA) DE LOS RESULTADOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO QUE SE ESTÉ UTILIZANDO EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN. EQUIPO PARA IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DE MYCOBACTERIAS TUBERCULOSAS Y NO TUBERCULOSAS Y PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD. NOTA: SE ACEPTA SEMI AUTOMATIZADA		
--	--	--	--	---	--	--

CONVOCATORIA PÚBLICA 005 DE 2016

			Y PRUEBAS CONFIRMATORIAS EXIGIDAS POR LA SECRETARIA DE SALUD Y ADICIONALES (SENSIDISCOS Y/ O TIRAS IMPREGNADAS CON DILUCIONES DE ANTIBIOTICO PARA CONFIRMACIÓN DE CARBAPENEMASAS, Y TODOS LOS ANTIBIÓTICOS Y PUNTOS DE CORTE SEGÚN NORMA CLSI. EL ENSAYO DE SUSCEPTIBILIDAD PARA MICROORGANISMOS GRAM POSITIVOS DEBE CONTENER: PRUEBA PARA LA CONFIRMACIÓN DE RESISTENCIA A LA OXACILINA (CEFOXITINA) ASI COMO LOS ANTIBIÓTICOS Y PUNTOS DE CORTE SEGÚN NORMAS CLSI. LA DILUCIÓN PARA EL MICROORGANISMO PARA LA PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD DEBE SER AUTOMATIZADA PARA SEGURIDAD EN LA EXACTITUD EN EL INOCULO. DEBE TENER UN SOFTWARE QUE PERMITA DETERMINAR EL FENOTIPO DE RESISTENCIA NATURAL Y ADQUIRIDA PARA LA ADECUADA LECTURA INTERPRETADA DEL ANTIBIOGRAMA., TAMBIÉN DEBE PERMITIR LA ACTIVACIÓN Y CREACIÓN POR PARTE DEL USUARIO DE REGLAS DE SUPRESIÓN Y ALARMAS EN CASO DE PERFILES DE RESISTENCIA CRÍTICOS, TAMBIÉN DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA EPIDEMIOLÓGICO QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA WHONET O SISTEMA ORDENADO POR LA SDS PARA REPORTE EPIDEMIOLÓGICO LA BASE DE DATOS DEBE SER AMPLIA Y ACTUALIZADA DE TODOS LOS MICROORGANISMOS INCLUYENDO LEVADURAS Y ANAEROBIOS, EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE LAS PRUEBAS EN LAS CUALES NO SE OBTENGA UN RESULTADOS CONCLUYENTE O FINAL CON EL EQUIPO INSTALADO SERÁ SU RESPONSABILIDAD EL ENVÍO Y PROCESAMIENTO DE DICHA MUESTRA EN UN LABORATORIO RECONOCIDO Y DE IGUAL NIVEL DE LA INSTITUCIÓN QUE CUENTE CON LOS RESULTADOS DE CC EXIGIDOS PARA EMITIR UN RESULTADO CONFIABLE, YE ESTOS RESULTADOS DEBEN SER ENTREGADOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE PARA NO AFECTAR EL CORRECTO TRATAMIENTO DEL PACIENTE. EL			
--	--	--	--	--	--	--

ANEXO Nro. 6							
TECNOLOGÍA E INTERFASE REQUERIDA PARA LAS PRUEBAS O INSUMOS PARA EQUIPOS DE APOYO TECNOLÓGICO (COMODATOS)							
ÍTEM	GRUPO	CODIGO MATERIAL	DESCRIPCION DEL MATERIAL	TECNOLOGIA REQUERIDA	INTERFASE REQUERIDA	UN. MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
7	Grupo Laboratorio Clínico	40060470	PRUEBAS DE HEMATOLOGIA, INCLUYE CUADRO HEMATICO AUTOMATIZADO, CUADRO HEMATICO DE URGENCIA, ADICIONAL 4 CAJAS MENSUALES DE CONTROL DE 3 NIVELES, SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR. CON LOTE MINIMO DE 3 MESES. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES Y CALIBRADORES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO NOTA: RESPECTO A LAS 4 CAJAS MENSUAL DE CONTROL DE 3 NIVELES, SE HACE REFERENCIA A CONTROL DE TERCERA OPINIÓN.	EQUIPO AUTOMATIZADO (2) CON TECNOLOGÍA DE CITOMETRÍA DE FLUJO, CON OPCIÓN DE MODO ABIERTO Y CERRADO, CON OPCIÓN DE MICROMUESTRAS, DEBE TENER REGISTRO DE LOTES DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL SISTEMA, CON ALMACENAMIENTO DE MÍNIMO 10000 PACIENTES, 26 PARÁMETROS COMO MÍNIMO.	EQUIPO DE FASE BIDIRECCIONAL COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO	UNIDAD	50.000
13	Grupo Laboratorio Clínico	40060487	RUEBAS DE IDENTIFICACION DE GERMENES. SE DEBE TENER DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS PRUEBAS. INCLUYE: PARA GERMENES GRAM POSITIVOS, GERMENES GRAM NEGATIVOS, GERMENES LEVADURAS, GERMENES ANAEROBIOS, HAEMOPHILUS Y NEISSERIAS, IDENTIFICACION AUTOMATICA DE MYCOBACTERIAS EN MEDIO LIQUIDO, HEMOCULTIVOS PARA HONGOS, HEMOCULTIVOS PEDIATRICOS Y HEMOCULTIVOS AEROBIO Y ANAEROBIO ADULTO.	EQUIPO CON TARJETAS O PANELES PARA IDENTIFICACIÓN AUTOMATIZADA POR CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA DE MICROORGANISMOS GRAM NEGATIVOS, GRAM POSITIVOS, LEVADURAS NEISSERIAS Y HAEMOPHILUS, ANAEROBIOS .LAS TARJETAS O PANELES DEBEN CONTENER LAS DILUCIONES Y LOS PUNTOS DE CORTE. SEGÚN LA NORMA CLSI VIGENTE Y EXIGIDA POR LA SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ. EL ENSAYO DE SUSCEPTIBILIDAD PARA MICROORGANISMOS GRAM NEGATIVOS DEBE CONTENER LA PRUEBA PARA LA DETECCIÓN DE BETALACTAMASA (BLEE)	EQUIPO DE FASE BIDIRECCIONAL COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO	UNIDAD	12.000

CONVOCATORIA PÚBLICA 005 DE 2016

ANEXO Nro. 4. ELEMENTOS REQUERIDOS

GRUPO	ITEM	CÓDIGO DEL MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	MODALIDAD DE COMPRA
INSUMOS O ELEMENTOS PARA EQUIPOS DADOS APOYO TECNOLÓGICO (COMODATOS)						
APOYO TECNOLÓGICO (COMODATOS)	7	40060470	PRUEBAS DE HEMATOLOGÍA, INCLUYE CUADRO HEMÁTICO AUTOMATIZADO, CUADRO HEMÁTICO DE URGENCIA, ADICIONAL 4 CAJAS MENSUALES DE CONTROL DE 3 NIVELES, SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR. CON LOTE MÍNIMO DE 3 MESES. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES Y CALIBRADORES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO NOTA: RESPECTO A LAS 4 CAJAS MENSUAL DE CONTROL DE 3 NIVELES, SE HACE REFERENCIA A CONTROL DE TERCERA OPINIÓN.	UNIDAD	50.000	CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA