

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
Gestión Documental y Correspondencia

No. Radicación: SAL-08432-2016

No. Folios: 1

Fecha: 2016-10-19 01:38:24 PM

180088


180088

Bogotá,

Señora

Gloria Vergara

Asistente de Licitaciones y Contratación

G. BARCO S.A.

E: Mail: gloria.vergara@gbarco.com.co; elina.castro@gbarco.com.co

Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 052-2016

Respetada Señora Gloria:

PRIMERA OBSERVACION:

1. MODELO Y MARCA DEL EQUIPO

El Instituto Nacional de Cancerología realiza la observación de que no es claro el modelo ofertado del equipo y por esto es confuso, a lo cual manifestamos que el equipo ofertado es el modelo GENERAL ELECTRIC CARESTATION 650 tal y como se demuestra en el folio 200. Sin embargo se aclara que el manual de usuario de este equipo cubre toda la gama CARESTATION, por lo cual pareciese que fuesen varios modelos, cuando en realidad estamos ofertando un solo modelo el cual es la CARESTATION 650.

RESPUESTA:

Remitir respuesta donde se aclara que la marca y el modelo ofertado GENERAL ELECTRIC CARESTATION 650, información la cual puede ser confirmada en el folio 200 de la propuesta.

SEGUNDA OBSERVACION:

2. DURACION DE LA BATERIA

EL Instituto Nacional de Cancerología realiza la observación de que no cumplimos el tiempo de funcionamiento de batería. Consideramos que con los avances de la tecnología y con las exigencias para los centros hospitalarios que noventa (90) minutos de funcionamiento de batería son más que suficientes para dar soporte en cirugía, toda vez que las instituciones cuentan con sistemas de respaldo de energía como plantas eléctricas y UPS en salas de cirugía. Sin embargo se incluye sin ningún costo un sistema de respaldo UPS para dar mayor soporte al funcionamiento de nuestro equipo en caso de falla de la red eléctrica. Esta UPS puede dar un respaldo adicional de sesenta (60) minutos, lo cual daría un total de ciento cincuenta (150) minutos.

RESPUESTA:

No es procedente, dado que en el apartado: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONAMIENTO, GENERALES numeral 1.17 Batería de reserva integrada con capacidad mínima de 90 minutos (totalmente cargadas). Debido a que al presentar la inclusión de una UPS sin costo adicional a la oferta para generar el cumplimiento del anterior, es considerado como mejora de la misma dejando en desventaja a los otros proponentes.

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras
Rubia Elcelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GGC/RECB/GC/YACA/Clara