

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-31
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	04
	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA - INVITACIÓN A COTIZAR	VIGENCIA:	18-01-2016
		Página 1 de 1	

ANEXO TÉCNICO No 3

1. GENERALIDADES:

Se requiere la compra de equipos que ayuden a llevar el control de peso, talla, índice de masa corporal y tensión arterial. Para la implementación de programa de riesgo cardiovascular.

2. REQUERIMIENTOS PARA EL OBJETO CONTRACTUAL:

A continuación se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO.

Balanza digital

- Ligera (0.21 Kg) que facilite los desplazamientos y de lectura fácil.
- Necesitan pilas o baterías, conectores o tomacorrientes.
- Calcule el índice de masa corporal, nivel de agua en el cuerpo y grasa muscular.
- Memoria para 12 usos.
- Graduación: 100 g.
- Capacidad peso: Máximo 200 kg.

Tensiómetro digital

- 100 memorias
- Tamaño Brazalete 22-44 cm (adulto)
- Detector de arritmias

4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

- 4.1 Continuidad: Los proponentes deberán presentar un Plan de Continuidad del Servicio
- 4.2 Oportunidad: Deben cumplirse los parámetros de oportunidad en los plazos establecidos.
- 4.3 Calidad: Cumplir con parámetros de calidad exigidos en el anexo técnico.

Las cotizaciones que cumplan con las características del servicio y su precio se ajuste al precio del mercado y a la disponibilidad presupuestal será tenido en cuenta.