


214024

Instituto Nacional de Cancerología E.S.
Gestión Documental y Correspondencia

No. Radicación: SAL-02021-2017

No. Folios: 1

Fecha: 2017-03-16 03:52:14 PM



214024

Bogotá,

Señora

Andrea Romero Gómez

Consultor de Calidad

J. RESTREPO EQUIPHOS SAS

Tel: 321- 3137282 Email: ejecutiva.ventas01@equiphos.com

Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA INVITACIÓN A COTIZAR No. 031-2017

Respetada Señora Andrea:

En respuesta a su correo electrónico del 15 de marzo de 2017 a las 01:57 p.m. el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PRIMERA PREGUNTA:

"¿Item 1: Phantom de Calidad de Imagen en Mamografía Digital; numeral 2.1 Conjunto de placas PMMA, con el fin de tener pluralidad de oferentes, solicitamos considerar los siguientes espesores 5,10,20 y 40 mm."?

RESPUESTA:

No hay inconveniente en que se ofrezcan esos espesores, ya que estos también son útiles para lo que se requieren y así mismo cumplirían con esa especificación.


SEGUNDA PREGUNTA:

"¿Solicitamos ampliación del plazo de entrega de la propuesta para el 21 de Marzo, debido a que el tiempo es muy justo para recopilar la documentación solicitada."?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología le informa que se expidió la adenda No. 01 la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras

Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual

Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/YACA/Clara.

P 1 / 1