

INVITACION A COTIZAR No. 149 - 2017

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL INSTITUTO.

**RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS A
LOS TERMINOS DE CONDICIONES**

El Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado, procede a dar respuesta a las observaciones realizadas en tiempo a los términos de condiciones de la presente invitación así:

- I. Observaciones presentadas por **LAB BRANDS**, recibidas a través del correo electrónico enviado a invitaciones@cancer.gov.co, el día 05 de julio de 2017 a las 04:06 p.m.:

PREGUNTA 1:

ANEXO No. 4 – ÍTEM 1. SEROFUGA

Solicitamos a la institución eliminar de la especificación "Intercambio de rotores de fácil accionamiento por medio de un botón", ya que corresponde a una marca en particular y el tener esta especificación hace que el equipo ofertado sea mucho más costoso. Solicitamos se considere: "Sistema de extracción de rotor fácil".

Solicitamos se permita ofertar una centrifuga que permita centrifugas 12 tubos vacutainer (4- 5 ml) o más.

RESPUESTA 1:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No. 01, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

PREGUNTA 2:

ANEXO No. 4 – ÍTEM 2. CENTRIFUGA PARA MUESTRAS DE ORINA

Solicitamos a la institución eliminar de la especificación "Intercambio de rotores de fácil accionamiento por medio de un botón", ya que corresponde a una marca en particular y el tener esta especificación hace que el equipo ofertado sea mucho más costoso. Solicitamos se considere: "Sistema de extracción de rotor fácil".

RESPUESTA 2:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No. 01, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

- II. Observaciones presentadas por **G & G SUCESTORES S.A.S.**, recibidas a través del correo electrónico enviado a invitaciones@cancer.gov.co, el día 06 de julio de 2017 a las 08:11 a.m.:

PREGUNTA 1:

ANEXO No. 4 – ÍTEM 1. SEROFUGA

3. Rotor de 18 tubos para Vacutainer de

Cordialmente solicitamos acepten presentar rotor para 12 tubos.

RESPUESTA 1:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No. 01, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

III. Observaciones presentadas por KAIKA S.A.S., recibidas a través del correo electrónico enviado a invitaciones@cancer.gov.co, el día 06 de julio de 2017 a las 9:54 a.m.:

PREGUNTA 1:

TÉRMINOS

4.5 LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN DEL OFRECIMIENTO ECONÓMICO

Solicitan que “los oferentes podrán presentarse al ítem con el que cuenten en su stock”. Solicitamos amablemente ampliar el tiempo de entrega a 60 días debido a que estos equipos son de importación.

RESPUESTA 1:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No. 01, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

PREGUNTA 2:

ANEXO No. 4 – ÍTEM 1. SEROFUGA

Solicitan “Tapa hermética”. Amablemente solicitamos aclarar si la tapa hermética se requiere para la centrifuga, para el rotor o para ambos.

RESPUESTA 2:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No. 01, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

PREGUNTA 3:

ANEXO No. 4 – ÍTEM 1. SEROFUGA

Solicitan “Intercambio de rotores de fácil accionamiento por medio de botón”. Amablemente solicitamos ampliar la especificación y permitir ofertar Intercambio de rotores de fácil accionamiento por medio de botón o llave.

RESPUESTA 3:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No. 01, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

PREGUNTA 4:

ANEXO No. 4 – ÍTEM 2. CENTRIFUGA PARA MUESTRAS DE ORINA

Solicitan “Mínimo 6 programas de usuario”. Amablemente solicitamos eliminar esta especificación o dejarla como opcional.

RESPUESTA 4:

No es posible eliminar o dejar como opcional lo solicitado por el INSTITUTO, dado que se requiere mantener protocolos que permitan estandarizar el procesamiento de las muestras de orinas.

PREGUNTA 5:

ANEXO No. 4 – ÍTEM 2. CENTRIFUGA PARA MUESTRAS DE ORINA

Solicitan “Teclado de membrana para programación de parámetros”. Amablemente solicitamos ampliar la especificación y permitir ofertar Teclado de membrana o selector giratorio para programación de parámetros.

RESPUESTA 5:

No es posible eliminar o modificar la solicitud debido a que se requiere el teclado para realizar la programación de acuerdo a los protocolos.

PREGUNTA 6:

ANEXO No. 4 – ÍTEM 2. CENTRIFUGA PARA MUESTRAS DE ORINA

Solicitan “Intercambio de rotores de fácil accionamiento por medio de botón”. Amablemente solicitamos ampliar la especificación y permitir ofertar Intercambio de rotores de fácil accionamiento por medio de botón o llave.

RESPUESTA 6:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No. 01, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

En los términos expuestos se dan por contestadas cada una de las observaciones formuladas dentro de la presente contratación directa.

Cordialmente,



CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Dirección General (E)



DG/CWC/SGGAF/LMAP/GAGC/RECB/JUANCAMILO