



219394

Instituto Nacional de Cancerología E.S.
Gestión Documental y Correspondencia

No. Radicación: SAL-02934-2017

No. Folios: 1

Fecha: 2017-04-12 08:59:42 AM



219394

Bogotá,

Señora

Mónica Andrea Pérez Rivas

Auxiliar de Ventas

RONELLY S.A

E: Mail: licitaciones@ronelly.com TEL: 4.445590

Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 009-2017

Respetada Señora Mónica:

En respuesta a su correo electrónico del 07 de abril de 2017 a las 01:32 p.m., el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PRIMERA PREGUNTA:

Al revisar las especificaciones Técnicas de la Propuesta BIOTRONITECH, Tenemos las siguientes observaciones:

En el Punto 1. El Instituto está solicitando un VIDEOLAPAROSCOPIO que es una Tecnología con CCD En la Punta, en el mismo sistema está incluido el cabezal de Cámara, el lente y la Guía de Luz; Biotronitech está ofreciendo un Lente de Laparoscopia básico de 30 grados, no estaría dentro de las especificaciones que solicita el Instituto.?

RESPUESTA:

Se verifica la observación realizada dando calificación como NO CUMPLE a los ítems 1.1, 1.3 y 1.5. Por favor revisar la Re-evaluación técnica.

SEGUNDA PREGUNTA:

En el Punto 2.3 El Instituto Solicita Insuflador con un rango de Flujo de 0,1 a 45l/m; Biotronitech Ofrece De acuerdo a su catálogo un Insuflador de 0 a 30 por tanto no estaría dentro del rango solicitado por el Instituto.?

RESPUESTA:

El ítem se encuentra evaluado como NO CUMPLE, por favor revisar la evaluación técnica publicada en la página web del Instituto.

TERCERA PREGUNTA

En el punto 3.3 El instituto solicita Función de doble foco Normal y Cerca o Foco Automático, Esta información no aparece referenciada Técnica suministrada por Biotronitech.?

RESPUESTA:

El ítem se encuentra evaluado como NO CUMPLE, por favor revisar la evaluación técnica publicada en la página web del Instituto.

CUARTA PREGUNTA:

En el Punto 3.5 El Instituto Solicita Magnificación Electrónica seleccionable de 1.0, 1.2 y 1.5x, Esta información

P 1 / 2

no aparece referenciada en la Información Técnica suministrada por Biotronitech.?

RESPUESTA:

El ítem se encuentra evaluado como NO CUMPLE, por favor revisar la evaluación técnica publicada en la página web del Instituto.

QUINTA PREGUNTA:

En los Puntos 3.9 Función de Realce de Bordes de la Imagen, 3.10 Función de Congelación de la Imagen y 3.11 Ajuste de Tono de Color Esta información no aparece referenciada en la Información Técnica suministrada por Biotronitech.?

RESPUESTA:

Los ítems 3.9 y 3.11, se encuentran evaluados como NO CUMPLE, por favor revisar la evaluación técnica publicada en la página web del Instituto.

SEXTA PREGUNTA:

En el Punto 4.3. Lámpara de Emergencia de Led o de Xenón, Esta información no aparece referenciada en la Información Técnica suministrada por Biotronitech.?

RESPUESTA:

El ítem se encuentra evaluado como NO CUMPLE, por favor revisar la evaluación técnica publicada en la página web del Instituto.


SEPTIMA PREGUNTA:

En los Puntos 6.2 Formato de Grabación MPEG-4 AVC/H.264 Y El punto 6.4 Monitor con pantalla táctil de 15 pulgadas máximo; Esta información no aparece referenciada en la Información técnica suministrada por Biotronitech.?

RESPUESTA:

Los ítems 6.2 y 6.4, se encuentran evaluados como NO CUMPLE, por favor revisar la evaluación técnica publicada en la página web del Instituto.

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual 

Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/Clara

