

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-02
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	ESTUDIO PREVIO PARA CONVOCATORIA PÚBLICA E INVITACIÓN A COTIZAR	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 5 de 5			

OBSERVACIONES:

ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO.

A continuación se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones al INC.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN/SERVICIO/OBRA

COD ENSPSC	COD SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT (ANO)
12142208	40030874	FUENTE PLANA DE Co-57 DE 20 mCi	1	1

2. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN O SERVICIO

1. La fuente plana de Co-57, deberá
2. Contar con certificado de calibración, emitido por un laboratorio trazable a un patrón primario
3. Sea retornada al proveedor una vez finalizado el periodo de vida útil, establecido en el certificado de calibración
4. Contar con certificado de prueba de fugas que satisfaga una contaminación menor de 0.0001 uCi para emisores alfa y 0.005 para emisores beta-gamma. En caso de no aplicar, se debe presentar en el certificado las razones para no haber sido realizada.
5. Le sean tramitadas la Licencia necesarias para su importación de acuerdo a la normatividad vigente, y las copias de todos los documentos sean entregadas al supervisor técnico del contrato.
6. Sea entregada en las instalaciones del INC.
7. Tener una actividad de 20 mCi +/- 5% en el momento de ser recibida en el INC
8. La incertidumbre total no deberá ser en ningún caso, superior a 5%
9. El área activa de la fuente deberá ser de mínimo 610 mm x 419 mm
10. Las impurezas totales de Co-56/58 no deberán ser superiores a 0.2%
11. Tener una desviación máxima absoluta del valor medio del 2%
12. Tener una uniformidad diferencial menor al 2%