



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:

ECALERILAS DE DOS PASOS EN ACERO INOXIDABLE PASO EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE CON TAPONES DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE

ITEM:

PROVEEDOR:

IMCARE

MARCA

IMCARE

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ECALERILAS DE DOS PASOS COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON TAPONES DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE	1.1 En acero inoxidable		NO CUMPLE	La estructura no es completamente en acero inoxidable
	1.2 Fabricada en material resistente, que sea lavable	SI		
	1.3 Con base antideslizante	SI		
	1.4 Con tapones de caucho que eviten el deslizamiento de la escalerilla	SI		

ENTREGA ACLARACIONES:

SI	☐
NO	☐

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:

SI	☐
NO	☒

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:

SI	☐
NO	☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	DEVI PUERTO JIMENEZ		
FIRMA:			
CARGO:	Coordinadora Grupo Prevención y Detección Temprana del Cáncer		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

GESTIÓN DEL GASTO

CÓDIGO:

GDG-P02-F-30

VERSIÓN:

01

VIGENCIA:

31-12-2016

CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES

Página 1 de 1

EQUIPO O ELEMENTO:

Ref 304 ECALERILAS DE DOS PASOS EN ACERO INOXIDABLE PASO EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE CON TAPONES DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE

ITEM:

PROVEEDOR:

PHHOSPITALARIO SAS

MARCA

PH HOSPITALARIOS

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ECALERILAS DE DOS PASOS COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON TAPONES DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE	1.1 En acero inoxidable		NO CUMPLE	La estructura no es completamente en acero inoxidable
	1.2 Fabricada en material resistente, que sea lavable	SI		
	1.3 Con base antideslizante	SI		
	1.4 Con tapones de caucho que eviten el deslizamiento de la escalerilla	SI		

ENTREGA ACLARACIONES:

SI	☐
NO	☐

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:

SI	☐
NO	☒

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:

SI	☐
NO	☒

Identificación del evaluar :

DEVI PUERTO JIMENEZ

NOMBRE(S):

FIRMA:

CARGO:

Coordindora Grupo Prevención y Detección Temprana del Cáncer

NOMBRE(S):

FIRMA:

CARGO:

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDC-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	


EQUIPO O ELEMENTO: Ref 304 ECALERILAS DE DOS PASOS COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE
CON TAPONES DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE

PROVEEDOR: PHHOSPITALARIO SAS MARCA PH HOSPITALARIOS

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ECALERILAS DE DOS PASOS COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON TAPONES DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE	1.1 En acero inoxidable	SI		
	1.2 Fabricada en material resistente, que sea lavable	SI		
	1.3 Con base antideslizante	SI		
	1.4 Con tapones de caucho que eviten el deslizamiento de la escalerilla	SI		Se deben garantizar los tapones en caucho y no en otro material

ENTREGA ACLARACIONES:	SI ☐	NO ☐	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI ☒	NO ☐	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☒	NO ☐
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	DEVIL PUERTO JIMENEZ		
FIRMA:			
CARGO:	Coordinadora Grupo Prevención y Detección Temprana del Cáncer		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.