

ADENDA No. 3

INVITACIÓN A COTIZAR No. 539 DE 2018

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS PARA SERVICIOS ASISTENCIALES, ACORDE CON LOS PRESENTES TERMINOS DE CONDICIONES, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

El Instituto Nacional de Cancerología - Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se modifica el ítem No. 3 del anexo No. 4 Especificaciones técnicas, el cual se anexa al presente documento.
2. Se modifica el ítem No. 4 de Anexo No. 4 Especificaciones técnicas, el cual se anexa al presente documento.



LINA MARÍA TRUJILLO SANCHEZ
Directora General (E)

Vo.Bo: Juan José Pérez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera.

Vo.Bo: Wilson Ibarquén Lozano - Coordinador Grupo Área Gestión Contractual. (E)

Revisó: Juan Carlos Guarín Ferrer - Profesional Especializado I Grupo Área Gestión Contractual. (En misión Gold RH).

Elaboró: Luis Alfonso Miranda Fuentes - Auxiliar Administrativo Grupo Área Gestión Contractual. (En misión Gold RH).

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	VIGENCIA:	01-09-2015
	Página 1 de 1		

ESPECIFICACIONES TECNICAS				
ITEM No. 3				
SERVICIOS:	Grupo Prevención y Detección Temprana de Cáncer CPRED			
NOMBRE GENÉRICO:	MESA DE MAYO			
DEFINICIÓN:	Altura graduable de (80+/-10) cm a 120 (+/-10) cm, bandeja aproximadamente de ancho 40cm por 58cm largo.			No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	MESA DE MAYO	1.1 De cuatro (04) ruedas giratorias de facil manejo, con freno en dos (2) ruedas y que no marquen el piso		
		1.2 Estructura en acero inoxidable		
		1.3 Posea PIN para graduar la altura		
		1.4 tubos redondeados de 1" de acero inoxidable		
		1.5 Bandeja de acero inoxidable extraible		
		1.4 Diseño de base en "U"		
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO:	1. Tiempo de garantía mínimo un (1) año			
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.				

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	VIGENCIA:	01-09-2015
	Página 1 de 1		

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ITEM No. 4		
SERVICIOS:	Grupo Prevención y Detección Temprana de Cáncer CPRED	
NOMBRE GENÉRICO:	CARRO DE PARO (ATENCIÓN DE PARO CARDIO-RESPIRATORIO)	
DEFINICIÓN:	CARRO DE PARO CON 5 CAJONES (ATENCIÓN DE PARO CARDIO-RESPIRATORIO) FABRICADO EN ALUMINIO COMPLETO CON ACCESORIOS.	No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	5 cajones con rieles de aluminio.	
	Dos cajones de 3 cm para medicamentos con divisiones en acrílico, dos cajones de 6cm para accesorios con divisiones en plástico, un cajón 9cm para dispositivos médicos, Total: 5 Cajones.	
	Ruedas en PVC de 5" grado medico con freno	
	Sistema de seguridad central	
	Pasamanos / manijas en aluminio o material resistente	
	Tabla lateral de extensión en PVC	
	Cajones con auto retorno	
	Medidas: Alto: 109 (+/-5) cms. Frente: 69 (+/-5)cms. Fondo: 54 (+/-5) cms	
	1 bandeja giratoria 360° para desfibrilador	
	1 atril porta suero	
	1 bandeja para succionador	
	1 bandeja lateral replegable	
	2 bandejas con divisiones para medicamentos	
	1 superficie en PVC ABS	
	5 etiquetas para cajones	
	Break para cilindro de oxígeno	
	Tabla para rcp	
	Contenedor para corto punzante	
	Canasta lateral sistema de seguridad para guantes de manejo.	
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO:	Tiempo de garantía dos (2) años.	
	Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado.	
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.		