

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	VIGENCIA:	31-12-2016
	Página 1 de 1		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
SERVICIOS:	ONCOLOGIA RADIOTERAPICA		
NOMBRE GENÉRICO:	MALLAS DE CABEZA CUELLO Y HOMBROS		
DEFINICIÓN:	termoplástico perforado y sólido en la misma máscara para proporcionar rigidez e inmovilización segura. Al proporcionar bandas sólidas en áreas donde es esencial una sujeción segura mientras se mantienen las perforaciones en otra parte, estas máscaras proporcionan un equilibrio de inmovilización y comodidad.	No. de FOLIO	
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	Termoformable en agua caliente		
	Mallas para base tipo S		
	Reusable x 3		
	Facil ejecucion		
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO:	1. Tiempo de garantía mínimo dos (1) años o más.		
	2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento de elemento.		
	7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario.		
	8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.		
NORMAS - CERTIFICADOS:	3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.		