

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 673 DE 2018

Página 1 de 1

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 CHALECOS PLOMADOS CON PROTECTOR TIROIDES

El Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se modifica el numeral 4 de los términos de condiciones, el cual queda así:


4. LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN DEL OFRECIMIENTO ECONÓMICO

La propuesta deberá ser entregada en la sede del INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – Empresa Social del Estado, ubicada en la Calle 1 No. 9-85 Bogotá D.C. – Oficina del Grupo Área Gestión Contractual – Tercer Piso Edificio Administrativo, el ventiocho (28) de septiembre de 2018, en el horario comprendido entre las 07:00 a.m., hasta las 10:00 a.m. Es responsabilidad del oferente, radicar previamente a la hora del cierre la propuesta en la Oficina indicada.

La propuesta debe presentarse en sobre sellado, en un (1) original y una (1) copia en medio magnético (USB, CD, ETC.). Toda la oferta debe estar debidamente foliada, legajada o anillada y con su respectivo índice.

NOTA: No se aceptan propuestas enviadas por correo, medios electrónicos o fax; las ofertas presentadas en un lugar distinto a la oficina Grupo Área Gestión Contractual del Instituto, no serán tenidas en cuenta. Los proponentes deberán considerar y prever tiempos de llegada e inconvenientes de todo orden, pues no será excusa ningún factor que incida en la entrega oportuna.

2. Se modifica el anexo No. 4 (especificaciones técnicas), el cual se adjunta al presente documento:



CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General

Vo Bo: Juan José Pérez Acevedo – Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera.

Vo Bo: Wilson Ibarguen Lozano– Coordinador Grupo Área Gestión Contractual. (E)

Reviso: Juan Carlos Guarín Ferrer – Profesional Especializado I Grupo Área Gestión Contractual. (En misión Gold RH).

Elaboró: Gissel Rey – Auxiliar Administrativo Grupo Área Gestión Contractual. (En misión Gold RH).



	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA		VIGENCIA:	01-09-2015
Página 1 de 1				
ANEXO No. 4				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
SERVICIOS:	Radiología e imágenes diagnósticas			
NOMBRE GENÉRICO:	Delantal Plomado con protector de tiroides			
DEFINICIÓN:	Delantal de protección frontal para radiología.			No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. GENERALES	1.1 Espesor de 0.5 mm equivalente en plomo.		
		1.2 Delantal con dimensiones mínimas de 24" x 36" (largo x ancho).		
		1.3 Delantal con ajuste de correa		
		1.4 Cuello con cierre en velcro		
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO	1. Asegurar entrega de especificaciones técnicas y certificación del espesor.			
	2. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) años o más.			
NORMAS-CERTIFICADOS	1. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.			
	2. Presentar registro sanitario del producto.			
	2. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.			