

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	2
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	29-12-2019
		Página 1 de 1	

EQUIPO:	FUENTE PLANA DE Co - 57 DE 20 MCI	MARCA:	ECKERT & ZIEGLER
ITEM:	1	MODELO:	MED3702
PROVEEDOR:	IMPORTANS RADIATIVOS LTDA	VALOR UNITARIO COTIZADO:	33.409.000
GARANTÍA:	1 AÑO		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. SISTEMA			
	Contar con certificado de calibración, emitido por un laboratorio trazable a un patrón primario		X	NO HAY EVIDENCIA EN LA PROPUESTA
	Contar con certificado de prueba de fugas que satisfaga una contaminación menor de 0.0001 uCi para emisores alfa y 0.005 para emisores beta-gamma. En caso de no aplicar, se debe presentar en el certificado las razones para no haber sido realizada.	X		
	Le sean tramitadas la Licencia necesarias para su importación de acuerdo a la normatividad vigente, y las copias de todos los documentos sean entregadas al supervisor técnico del contrato	X		
	Sea entregada en las instalaciones del INC.		X	NO SE ESPECIFICA EN LA PROPUESTA
	Tener una actividad de 20 mCi +/- 5% en el momento de ser recibida en el INC		X	SE DESCRIBE QUE LA FUENTE A SUMINISTRAR ES LA 3702, PERO EN EL LISTADO PRESENTADO NO SE ENCUENTRA, NO ES POSIBLE RELACIONAR EL MODELO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	La incertidumbre total no deberá ser en ningún caso, superior a 5%		X	
	El área activa de la fuente deberá ser de mínimo 610 mm x 419 mm		X	
	Las impurezas totales de Co-56/58 no deberán ser superiores a 0.2%		X	
	Tener una desviación máxima absoluta del valor medio del 2%		X	
	Tener una uniformidad diferencial menor al 2%		X	
	El contratista deberá entregar una carta de compromiso del fabricante donde la fuente de cobalto podrá ser retornada al proveedor una vez finalizada su vida útil.		X	NO SE ENCUENTRA LA CARTA
SUBTOTAL (Porcentaje)		0	1	
TOTAL		18,2%	81,8%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (11) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NATHALY BARBOSA PARADA	FECHA:	30/07/2020
FIRMA:		DEPENDENCIA:	Medicina Nuclear
CARGO:	Oficial de Protección Radiológica		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

Versión	Fecha de actualización	Descripción de actualización	Responsable OYM
1	31-12-2016	Versión inicial del documento	Administrador del Sistema Tms
2	29-12-2019	Modificar para dar cumplimiento al PMG-19-00009	Xiomara Faizuly Rubiano Aguilar

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	#¿NOMBRE?	Cargo:	#¿NOMBRE?	Cargo:	#¿NOMBRE?
Dependencia:	#¿NOMBRE?	Dependencia:	#¿NOMBRE?	Dependencia:	#¿NOMBRE?
Fecha:	#¿NOMBRE?	Fecha:	#¿NOMBRE?	Fecha:	#¿NOMBRE?