

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	2
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	29-12-2019
		Página 1 de 1	

EQUIPO:	FUENTE PLANA DE Co - 57 DE 20 MCI	MARCA:	Epsilon Source
ITEM:	1	MODELO:	DZM6260
PROVEEDOR:	Inprocolombia SAS	VALOR UNITARIO COTIZADO:	39.893.474
GARANTÍA:	1 AÑO		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. SISTEMA			
	Contar con certificado de calibración, emitido por un laboratorio trazable a un patrón primario	X		
	Contar con certificado de prueba de fugas que satisfaga una contaminación menor de 0.0001 uCi para emisores alfa y 0.005 para emisores beta-gamma. En caso de no aplicar, se debe presentar en el certificado las razones para no haber sido realizada.	X		
	Le sean tramitadas la Licencia necesarias para su importación de acuerdo a la normatividad vigente, y las copias de todos los documentos sean entregadas al supervisor técnico del contrato	X		
	Sea entregada en las instalaciones del INC.	X		
	Tener una actividad de 20 mCi +- 5% en el momento de ser recibida en el INC	X		
	La incertidumbre total no deberá ser en ningún caso, superior a 5%	X		
	El área activa de la fuente deberá ser de mínimo 610 mm x 419 mm	X		
	Las impurezas totales de Co-56/58 no deberán ser superiores a 0.2%	X		
	Tener una desviación máxima absoluta del valor medio del 2%	X		
	Tener una uniformidad diferencial menor al 2%	X		
	El contratista deberá entregar una carta de compromiso del fabricante donde la fuente de cobalto podrá ser retornada al proveedor una vez finalizada su vida útil.	X		
SUBTOTAL (Porcentaje)		1	0	
TOTAL		100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS 11 ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NATHALY BARBOSA PARADA	FECHA:	30/07/2020
FIRMA:		DEPENDENCIA:	Medicina Nuclear
CARGO:	Oficial de Protección Radiológica		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

Versión	Fecha de actualización	Descripción de actualización	Responsable OYM
1	31-12-2016	Versión inicial del documento	Administrador del Sistema Tms
2	29-12-2019	Modificar para dar cumplimiento al PMG-19-00009	Xiomara Faizuly Rubiano Aguilar

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	#¿NOMBRE?	Cargo:	#¿NOMBRE?	Cargo:	#¿NOMBRE?
Dependencia:	#¿NOMBRE?	Dependencia:	#¿NOMBRE?	Dependencia:	#¿NOMBRE?
Fecha:	#¿NOMBRE?	Fecha:	#¿NOMBRE?	Fecha:	#¿NOMBRE?